



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 001/2025/PE - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/02/2025 13:50	Segue em anexo o nosso pedido de esclarecimento: PRAZO DE ENTREGA e ITEM 2 – BOMBA DE INFUSÃO 1) Edital solicita “Bolus: Fixo em 699 ml/h;” Em relação ao descritivo técnico da Bomba de Infusão para terapias intravenosas, gostaríamos de esclarecer que o equipamento que oferecemos atende plenamente às exigências do edital, com a diferença de que a taxa de bolus não é fixa em 699 ml/h, mas sim configurável de acordo com a necessidade, podendo variar entre 0,1 ml/h e 2000 ml/h. Essa característica permite maior flexibilidade na administração da infusão, garantindo melhor adaptação às necessidades clínicas de cada paciente e diferentes protocolos terapêuticos, sem comprometer a segurança e a precisão do tratamento. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 001-2025 - SENAC.pdf	https://lanceeletronico.bob.core.windows.net/attachmentanswers/3c80044d58ee4800a27f3e4ccd6825.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
13/02/2025 10:23	Referente ao prazo e Item 2 - Bomba de Infusão: Seguir, conforme Edital.		Não há arquivo anexado.

ROBERTO PINTO MONTE
PORTO VELHO-RO - 13/02/2025

Gerado em: 13/02/2025 10:23:38